

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒湿恒湿槽	電源電圧	AC100V		
型式	SH-222	周波数	(50 / 60)Hz	本機50HZ設定	
メーカー名	エスベック	温度範囲	-20℃～150℃		
機械Ser.No	93012813	湿度範囲	30～95%rh	湿度制御可能範囲による	
製造年月	2018				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 槽内温度21.2℃、設定温度-20℃、36分後-20℃確認、-20℃から41分後150℃以上確認。
- 温度85℃湿度95%、30%及び温度15℃湿度95%設定それぞれ到達。
- 過昇防止装置問題無し、プログラム運転、タイマー設定、問題無し。
-

150℃確認



-20℃




過昇防止装置問題無し。



85℃、96%



積算時間21808h



15.2℃、95%



85℃、30%rh



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[6 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

