

管理番号

PA0358

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ふるい振とう機	入力電源	AC100V 50/60Hz	ふるい切替	連続、インターバル
型式	MS-200	網ふるい	径 φ200	ふるい時間	～60min、∞
メーカー名	伊藤製作所		深さ 60mm	インターバル時間	1～10sec
機械Ser.No	2501		線径 315μm		
製造年月	—		目開き 500μm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観確認 : 問題無し
※1 使用感あり(網ふるいパッキンにクラック等の経年劣化、網目に付着物、電源ケーブルの汚れ)
- 2 通電確認 : 問題無し
各スイッチの機能確認
- 3 ふるい振動確認 : 問題無し(粉体等による実際のふるい動作は未確認)
起動タイマ、連続ふるい、インターバルふるい、ふるい強弱を目視にて確認



本体



網ふるい



付属品

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[天野(正)]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

