

# 実体顕微鏡チェックシート

検査日	2025年12月9日
名称	生物顕微鏡
メーカー	Carton
型式	—
S/N	—
年式	— 年 — 月

【外観】



【仕様】

光学系	透過式観察	鏡筒	三眼鏡筒
総合倍率	40x,100x,400x,1000x	ストローク(横方向、縦方向)	76mmx42mm
接眼レンズ	H.K.W10x	PHASE CONTRAST	0,10,20,40,100
対物レンズ	4x 0.10		
	10x 0.25		
	40x 0.65		
	100x 1.25 oil		

視野内観察画像

チェック項目

■ コンディション

評価

総合 光学系、メカ系問題なし。


外観 問題なし。

光学系 問題なし。

駆動系 問題なし。

照明 問題なし。

取扱説明書:無



対物レンズ4x画像



対物レンズ10x画像



対物レンズ40x画像



対物レンズ100x画像  
no oil

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[ 2.0 hr ]

※接眼レンズ二次若干のクモリがあるが観察にはあまり支障なし。

検査担当者[ 雨宮 ]

