

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	三相200V 22KW	重量	98Kg
型式	2063	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh(本体)	245x809x385
メーカー名	アルカテル	排気量	917/1080/min		
機械Ser.No	144300	オイル	7L	排気	NW40
製造年月		到達圧力	0.3Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空計と接続、0.63Pa以下確認、その後1h連続運転。
- 2 ミストトラップ別途。(運転の為弊社在庫品を取付)



真空計と接続

左側付属品を右側弊社ジューサーNW25に変更して測定実施



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

