


動作確認チェックシート

検査日	2025年 12月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	超音波洗浄器	電源電圧	単相100V	洗浄力ゴ	400×480×240mm
型式	MUC-63	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アズワン	槽外(W×D×H)	610×485×975mm		
機械Lot.No	1603-0325-R422079	槽内(W×D×H)	505×425×300mm		
製造年月	不明	高周波	不明		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 水深約200mmの状態で発振を確認。特に問題なし。
- 音圧計にて発振時の音圧測定を実施。特に問題なし。
- タイマー20min設定で運転。問題なく終了。



音圧(測定値は相対値)

音圧 (mV)				
①	②	③	④	⑤
20	19	19	19	19

センサ(石英棒)を約50mm浸水させ測定。

測定器: ホンダ製 HUS-5



取扱説明書(無)



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[野沢]

