

管理番号

Q20204

動作確認チェックシート

検査日	2026年 2月 13日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ターボコントローラ	電源	単相200-240v 50/60Hz
型式	NT10		
メーカー	ライボルト		
製造年	2020		
製造番号	31001836206		

△	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC(済 未対象 NG) TP(済 未対象 NG) BT(済 未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

TMP50と接続、START後数分でNORML到達、STOP動作も問題なし。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 []

出荷日 年 月 日