

**TCAT39**

# 動作確認チェックシート

検査日	2014年 6月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	防振台	機械Ser.No	A011155	
型名	AD-1108B02	製造年月	1999年 10月	
メーカー名	明立精機(株)			
防振台寸法	W1200×D1100×H800			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	AIR ON時に異常(異音・異臭・漏れ・暴走等)はないか。	○
3 姿勢制御SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、初期立上げ時、エア漏れを確認し、水平方向支持機構の動作確認実施。 動作OK。
- 2、エア供給口を閉にして、エア制御部配管リークの確認をした。配管、継ぎ手、ダイヤフラム等に損傷無し。  
(約0.45MPa設定→約0.4MPaまで8分。)
- 3、クランプ機構ON/OFFの動作確認、付属N2供給ラインの動作確認実施。 動作OK。  
水平方向支持機構動作確認



取扱説明書(有(無))

※最大搭載許容重量不明

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2014年2月28日	再動作確認→7.2.7.5SW外からの動作に問題なし	伊呂 (印)
File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK・NG)	作業工数[ 2H ]	
検査担当者[	小林(克) ]	
ユーザー名[	]出荷日 年 月 日	