

管理番号

管理番号

TD3550

TD3551

## 動作確認チェックシート

|          |               |           |                  |         |                |
|----------|---------------|-----------|------------------|---------|----------------|
| 検査日      | 2015年 6 月 1 日 |           | (機械の仕様・規格を記入する。) |         |                |
| 商品名      | 計装用コンディショナ    | 電源電圧      | 100 V<br>20VA    | 応答周波数範囲 | DC~10kHz       |
| 型式       | WGA-710A-3    | 周波数       | (50・60) Hz 兼用    | 取付け金具   | 付属無            |
| メーカー名    | 共和電業          | 本体重量      | 約1.7kg           | 搭載ロードセル | 共和電業製          |
| 機械Ser.No | 313130198     | 測定点数      | 1点               |         | LUX-500KBS     |
| 製造年月     | 不明            | 測定範囲      | ±3.2mV/V         |         | 500kgf         |
| 本体寸法     | W72×D144×H188 | サンプリングレート | 約15回/秒           |         | S/N. YS8770003 |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観、本体各機能スイッチ・表示動作の確認。動作OK。
- 2、ロードセルとの動作確認。動作OK。(但し、社内ゲージでの比較確認。)尚、通信機能等の動作確認は未実施。

## 動作確認

| WGA-710A表示 | おもり圧g | プッシュプルゲージ圧N・m<br>(kgfに換算) |        |
|------------|-------|---------------------------|--------|
| +4.9       | 5000  |                           | ↑      |
| +2.0       | 2000  |                           |        |
| +10.1      |       | 100.0(10.1)               |        |
| +5.0       |       | 50.0(5.0)                 |        |
| +3.0       |       | 30.0(3.0)                 |        |
| +1.0       |       | 10.0(1.0)                 |        |
| 0.0        | おもり無  |                           | 0点 SET |
| -1.0       |       | 10.0(1.0)                 | ↓      |
| -3.0       |       | 30.0(3.0)                 |        |
| -5.0       |       | 50.0(5.0)                 |        |
| -10.1      |       | 100.0(10.1)               |        |
| -2.0       | 2000  |                           |        |
| -4.9       | 5000  |                           |        |

社内プッシュプルゲージ  
管理番号F30314  
IMADA製ZP-500Nを使用



取扱説明書(有・無) インターネットより

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |

File Maker入力  
動作(OK・NG)  
検査担当者[  
ユーザー名【

作業工数[ 3 H ]  
小林克

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

