

管理番号

TDA156

動作確認チェックシート


検査日	2024年2月28日			
商品名	防振台(除振台)	外寸(WxDxH)	1240x840x750mm	
型式	AD-117S2	外観/フロート部	1150x750mm	
メーカー名	明立精機	搭載許容重量	—	
機械Ser.No	—			
製造年月	—	エア-供給方式	コンプレッサー 工場エア-等	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 姿勢制御SW設定	エア-SW及び空気バネの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観目視確認⇒問題なし。

2.エア-供給制御動作確認⇒約0.4MPaのエア-を供給及び負荷120kgを載せて制御動作確認⇒問題なし。



取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

(備考欄コメント)

[責任者]

