管理番号

TF32B5

動作確認チェックシート

検査日	2020年　10月　21日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	塵埃試験機	電源電圧	三相　200V　6A		
型式	DT-1F	周波数	50 Hz		
メーカー名	スガ試験機㈱				
機械Ser,No	HD902106			エアー圧	0.45MPa　max
製造年月	2002年　9月				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	－
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ 運転, 停止, 集塵バイブレータ, 室内灯, 連続/時限　　確認

（タイマ）噴射時間, 同左休止時間, 通電時間, 同左休止時間, 時限経過時間　　確認

◎ 表示類 ○ 電源, 運転, 連続/時限, 各タイマの経過表示

◎ 動作 ○ ダスト噴射　噴射時間　10sec　　確認

休止時間　1min　　確認

○ 材料通電時間　通電時間　10dec　確認

休止時間　1min　　確認

○ 連続/時限運転　連続　10min　　確認

時限　5min　　確認

○ ノズル4箇所　エアーブロウ ＆ 0.13～0.18 MPa　　確認

○ 集塵バイブレータ　10sec程度動作する　　起動確認

○ 室内灯　　点灯確認

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2020.10.21	室内、室外　粉塵清掃実施	鳥屋部, 佐藤

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK　）　作業工数[　8H]

検査担当者[　佐藤　　]

ユーザー名【　　】

出荷日　　年　　月　　日

穂苅