

(管理番号)  
UB9CA0

除電器

作業工数 0.5 H

FileMaker入力	責任者	検査担当者
		小林 (隆)

動作確認チェックシート(汎用)

検査日	2011年10月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	除電器	電源電圧	3相 100~115 V 単相 0.42A	
型式	Z0/Z0 AC	周波数	(50・60)Hz	
メーカー名	ヒューグル	自然放電 5秒後	t6.3 KV → t6.1 KV	
機械Ser.No	0103023	5秒除電時	t3.3 KV → t0.04 KV	
製造年月	? 年 月			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

取扱説明書(有・無) 有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(○K・NG)