

管理番号

VC9F21

## 動作確認チェックシート

検査日	2022年 9月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	真空計	電源電圧	AC100v
メーカー	アネルバ		
型式	M-822HG		
製造番号	PP033619		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

備考(動作確認内容・不具合内容等)

BRG-1B取り付けて弊社真空治具に接続、測定値概ね同等で問題なし。

セットポイント変更及びディスプレイ特に問題なし。



操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1H] ケーブル及びゲージヘッドは付属しない。

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

