

(管理番号)

VCCC04

入力

責任者

検査担当者



坂野

## クライオコンプレッサー動作確認チェックシート

検査日	2024年 10月 1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源電圧	単相 200V	He圧	1.5MPa
型式	CRC420	周波数	50・60Hz		
メーカー名	アネルバ	冷却法	水冷		
機械Ser.No	224228A	ポンプ接続数	1		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. テスト用ポンプ 到達温度 11.9K
2. 到達圧力  $8.34 \times 10^{-5}$  Pa
3. 20Kクールダウン時間 128M テストポンプはCAP121を単独運転
4. 積算時間 49,449H (故障の為、動作していない)
5. He漏れ、異音等異常無 ※1



到達温度



到達圧力



積算計

通常時はこの歯車が回転する。

取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント) ※1 コンプレッサー性能は、社内基準を満たしています。カタログ値を求める場合はコンプレッサーの修理が必要です。

動作(NG)【工数 4.0 H】 積算計動作していない。(その他の機能はOKです)