

管理番号

TD 6KA6

動作確認チェックシート

検査日	2014年 1月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	RF ジェネレータ	電源電圧	③相 200 V 単相 W	
型式	BEM-1250-02	周波数	(50)・(60) Hz	
メーカー名	ENA	RF周波数	13.56 MHz	
機械Ser.No	—	RF出力	max 1250 W	
製造年月	— 年 — 月	水冷		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW 類 電源 SW, RF POWER ON/OFF, FAULT RESET, A.V 確認 ✓

◎ 表示類

- ・パネル面 出力値・警報表示 確認 ✓
- ・ FAULT, REMOTE, RF ON 確認 ✓

◎ 動作

プログラムコントロール 出力モードが 解除 (25pON エネワ 10-20%)
 0 ~ 1250 W 遠出力 本力確認 ADTEC AN-2024
 RF ジェネレータ出力表示 RF マイク-タ 挿入色 確認 ✓
 出力 1,250 W 1,250 W

取扱説明書(有・無) (有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK・NG) 作業工数[4 H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

