

管理番号

VD6KC2

動作確認チェックシート

検査日	2020年 4月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ゲートバルブ		
型式	12144-PA24-00001/1221		
メーカー	VAT		
規格	ISO-F DN160		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 エアを入れて動作確認、特に問題なし。真空保持は未確認。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[横内]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

ASK INDEX