

管理番号

WD5F60

動作確認チェックシート

検査日	2020年 1月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	超音波洗浄器	電源電圧	単相 AC200v 50/60Hz
型式	Type86TI/6633	槽サイズ	外 590x380x380 内 460x230x225
メーカー	カイジョー		
製造年	2005 5	発振器	600w 200kHz x3台
製造番号	00867/1343/1344/1345	使用温度	MAX70°C

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 装置電源投入、マニュアルにて出力変更問題なし。
- 2 音圧計にてセンター付近3か所測定、LED表示9で11ms 表示4で5msと概ね同等で問題なし。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[横内]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

